

## Кинезио лента 5 м\*5 см

SF 0188-0192

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Довольно часто в процессе занятий спортом или физическим трудом Вы можете получить различные травмы. Это могут быть как неопасные растяжения связок, так и более серьезные – вывихи, переломы и ушибы мягких тканей. В настоящее время появился совершенно новый метод облегчения симптомов таких травм – наложение кинезио лент на поврежденный участок тела.

#### Преимущества:

- предотвращает растяжения и чрезмерные сокращения поврежденных мышц
- уменьшает неприятные ощущения
- обеспечивает постоянную поддержку без ограничения амплитуды движений
- не боится влаги и потовых выделений, после принятия душа быстро высыхает.

#### Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость
- заболевания кожи
- тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы
- тяжелые заболевания почек
- тяжелые формы сахарного диабета
- тромбоз глубоких вен нижних конечностей

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните кинезио лента в местах, недоступных для детей и животных
- Участок кожи, на который накладывается кинезио тейп, должен быть чистым и сухим
- Кинезио ленту можно носить круглосуточно в течении 3-5 дней. На протяжении всего этого времени кинезио лента оказывает терапевтический эффект.

**Рекомендации по уходу:** не требует особого ухода.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

##### Поддержка живота при беременности




Две ленты длиной 35-45 см


1. Положение стоя, начало первой ленты (3-5 см) без натяжения клеится под низ живота



2. Затем с натяжением 20%, первая лента клеится вдоль живота косо вверх, уходя за спину, к середине позвоночника. Конец первой ленты (3-5 см) как и начало не натягивается



3. Вторая лента клеится аналогично с другой стороны



**Гематома, на примере бедра**



Разрезать ленту на 6-7 узких полосок длиной 18-24 см.

1. Область воздействия



2. Мышца в расслабленном состоянии. Начало первой ленты клеится к верхней трети бедра. Хвосты без натяжения наклеиваются полукругом



3. Для усиления эффекта вторая лента клеится аналогично первой внахлест



## Плечевой сустав




Длина Y-20 см, I-20 см.

### 1. Область воздействия



### 2. Рука согнута в локте и отведена от тела на 90°



### 3. Начало Y-ленты (3-5 см) без натяжения клеится к середине плеча



### 4. Положите руку на другое плечо. С натяжением 20% Y-лента клеится с внешней стороны сустава в виде половины овала




5. Отведите плечо немного назад, рука в сторону, с натяжением 20% Y-лента клеится с внутренней стороны сустава в виде второй половины овала


Концы Y-ленты (3-5 см) без натяжения клеятся к середине боковой поверхности шеи



6. Рука согнута в локте и отведена от тела на 90°



7. Начало I-ленты (3-5 см) без натяжения клеится к середине боковой поверхности шеи, можно поверх концов Y-ленты



8. С натяжением 20% I-лента клеится до нижней трети плеча. Конец ленты (3-5 см) не натягивается



**Бицепс**



Длина 5-8 см.

1. Область воздействия



2. Рука выпрямлена в локте. Начало ленты (3-5 см) без натяжения клеится немного выше локтевой ямки



3. Затем с натяжением 20% лента клеится до верхней трети плеча. Конец ленты (3-5 см) не натягивается




**Локтевой сустав**




Длина 11-13 см.

1. Область воздействия



2. Рука согнута в локтевом суставе под углом  $90^\circ$ . Начало ленты (3-5 см) без натяжения клеится к верхней трети предплечья



3. С натяжением 20% лента клеится вокруг сустава в виде овала. Концы ленты (3-5 см) без натяжения клеится к нижней трети плеча



### Запястье и кисть



Длина 8-10 см.


1. Кисть максимально согнута к себе. Начало ленты клеится на середину первой фаланги среднего пальца, конец ленты - на середину предплечья. Вся лента клеится без натяжения



2. После наклейки ленты кисть выгибается и лента полностью приклеивается



**Поясничный отдел**



Длина 20-25 см.

1. Область воздействия



2. Наклонитесь вперед. Начало первой ленты (3-5 см) без натяжения клеится ниже лопатки.



3. Затем с натяжением 20% лента клеится до ягодицы. Конец ленты не натягивается



4. Вторая лента клеится аналогично первой с другой стороны позвоночника



Для усиленной фиксации



Длина 10-12 см.

1. Наклонитесь вперед
2. Бумажная подложка разрывается посередине ленты



3. Центр ленты клеится с максимальным натяжением на поясничный отдел, при этом концы нужно держать за бумагу



4. Концы ленты (3-5 см) без натяжения клеятся слева и справа от позвоночника



Бедро, передняя поверхность





Длина 8-10 см.

1. Область воздействия



2. От верхнего сустава бедра к колену. Середина ленты должна проходить через эпицентр области воздействия. Натяжение 30-50%. Мышца должна быть максимально растянута.



**Колено, внутренняя боковая связка**



Длина 27-33 см.

1. Область воздействия



2. Нога согнута под углом  $90^\circ$ . Начало первой ленты (3-5 см) без натяжения клеится немного выше середины голени




3. Затем первая лента с натяжением 20% клеится по внутренней боковой связке сустава до середины внешней поверхности бедра. Конец ленты (3-5 см) не натягивается



4. Начало второй ленты (3-5 см) без натяжения клеится под коленной чашечкой



5. Затем вторая лента с натяжением 20% клеится по внутренней боковой связке сустава до середины внутренней поверхности бедра. Конец ленты (3-5 см) не натягивается



**Колено, внешняя боковая связка**



Длина 27-33 см.

1. Область воздействия



2. Нога согнута под углом 90°. Начало первой ленты (3-5 см) без натяжения клеится немного выше середины голени



3. Затем первая лента с натяжением 20% клеится по внешней боковой связке сустава до середины внутренней поверхности бедра. Конец ленты (3-5 см) не натягивается



4. Начало второй ленты клеится под коленной чашечкой



5. Затем вторая лента с натяжением 20% клеится по внешней боковой связке сустава до середины внешней поверхности бедра. Конец ленты (3-5 см) не натягивается



### Колено, общая фиксация



Длина 15-20 см.

#### 1. Область воздействия



#### 2. Нога согнута под углом 90°. Начало ленты (3-5 см) без натяжения клеится под коленной чашечкой



#### 3. Затем с натяжением 20% лента клеится, обводя коленную чашечку сбоку. Конец ленты (3-5 см) без натяжения клеится над коленной чашечкой.



#### 4. Второй отрезок клеится аналогично с другой стороны.



**Для усиленной фиксации/мениск**



Длина 12-17 см.

1. Нога согнута под углом  $90^\circ$



2. Бумажная подложка разрывается посередине ленты



3. Под коленную чашечку наклеивается центр ленты с максимальным натяжением. Концы ленты нужно держать за бумагу



4. Концы ленты (3-5 см) без натяжения клеятся с внешней и внутренней сторон бедра



### Икроножная мышца



Вид ленты: Y, длина 12-17 см

1. Область воздействия



2. Мышца должна быть максимально растянута (нога выпрямлена, носок на себя).



3. Начало Y-ленты (3-5 см) без натяжения клеится от верхней части ахилла



4. Хвосты Y-ленты клеятся натяжением 20%, огибая икроножную мышцу с 2-х сторон. Концы Y-ленты (3-5 см) не натягиваются



**Срок эксплуатации:** 1 год.

**Материал:** 95% хлопок, 5% спандекс. **Цвет:** бежевый.

**Комплектация:** кинезио лента 5м\*5см – 1 шт., инструкция – 1 шт.

**Страна происхождения:** Китай. **Производитель:** Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. **Адрес:** Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.**

**Импортер на территории РФ:** ООО «Технологии Здоровья» 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 648-26-66, 8 (495) 649-11-41, [www.bradex.ru](http://www.bradex.ru)

**Импортер на территории Республики Беларусь:** ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4., УНП 192409754

Дату производства смотрите на упаковке.